



**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

Secretaria Municipal De Saúde  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua Mecânico José Português - São Cristóvão, 24  
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000  
(31) 3559-3283

Ouro Preto, 3 de maio de 2021.

**COMUNICAÇÃO INTERNA: 3722/2021**

**DE:** Glauciane Resende do Nascimento

**PARA:** Felipe Vecchia Guerra


**Assunto:** Resposta à Indicação 192/21 da Câmara Municipal de Ouro Preto


Prezado secretário,

Venho encaminhar o **Memorando 492 / 2021** da **Sra. Isabela Teixeira Rezende Guimarães**, Superintendente de Rede da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto em resposta à <sup>Resposta</sup> **Indicação 192 / 21** da **Câmara Municipal de Ouro Preto**, para providências.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para cumprimentá-lo.

Atenciosamente,

  
**Fabiana das Graças Pereira Costa**  
Assessora Administrativa

  
Maria da Consolação de S. Fernandes  
Secretaria Municipal Adjunta  
de Saúde de Ouro Preto

**Glauciane Resende do Nascimento**  
Secretária Municipal de Saúde de Ouro Preto



**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

Ouro Preto, 3 de maio de 2021.

MEMORANDO : 492/2021

DE: Isabela Teixeira Rezende Guimarães

PARA: Glauciane Resende do Nascimento


Prezados,

Conforme demanda apresentada na <sup>Resumo</sup> indicação 192/21, da Câmara de Vereadores, a superintendência de rede informa que a utilização do Kit de suporte ventilatório pulmonar tem como objetivo apoiar a estruturação da atenção hospitalar para atendimento aos pacientes com necessidade de cuidados intermediários, dando apoio também a internação clínica com a função de tratamento dos casos com piora do quadro respiratório que necessitem de suporte ventilatório não invasivo e apoio para pacientes pré e/ou pós internação em leito de terapia intensiva. E diante do acordo realizado com a Santa Casa de Ouro Preto para retaguarda de suporte intensivo, não houve a necessidade imediata de implementação dos leitos de suporte ventilatórios no município.

Para a implementação dos kits de suporte ventilatório é necessário considerar a situação epidemiológica da pandemia no município e para isso, está sendo realizado um estudo sobre o perfil do paciente atendido em nosso setor COVID da Upa Dom Orione, onde até o momento a característica dos pacientes atendidos são de sintomas leves a moderado, não necessitando até o momento de suporte ventilatório não invasivo.

Porém é de interesse do município a implementação dos kits de suporte ventilatório pulmonar para garantir uma estrutura de retaguarda caso haja um agravamento do cenário atual, diante disso já estamos nos organizando para atender aos critérios de elegibilidade que o estabelecimento deve possuir para implementação dos leitos, além da equipe multiprofissional mínima e equipamentos necessários para a viabilidade da implementação.

Atenciosamente,

  
Isabela Teixeira Rezende Guimarães  
Superintendente de Rede

www.ouopreto.mg.gov